

1h. Inbyggd DAP-mätare

Överensstämmelse mellan indikerad och verklig DAP

Gränsvärde: Max avvikelse $\pm 25\%$

Fältstorlek: 30 x 30 cm²

Strålkvalitet			Avl. DAP	Uppm. DAP		
nr	kVp	Tilläggsfilt.	Gy x cm ²	Gy x cm ²	% avv.	Bedömn.
1	70	0	0.10	0.09	15.3	Godkänd
2	90	2 mm Al	0.21	0.18	13.1	Godkänd
3	120	1 Al + 0.1 Cu	0.30	0.27	10.6	Godkänd

Kommentarer: